

リファサーモ 寸法－指示温度対照表

Type H



2024年10月25日

Lot. 032J03

一般財団法人 消防技術センター セラミックスセンター

寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃
19.28	1700	19.54	1677	19.80	1655	20.06	1633
19.29	1699	19.55	1676	19.81	1654	20.07	1632
19.30	1698	19.56	1675	19.82	1653	20.08	1631
19.31	1697	19.57	1675	19.83	1652	20.09	1630
19.32	1697	19.58	1674	19.84	1651	20.10	1629
19.33	1696	19.59	1673	19.85	1650	20.11	1628
19.34	1695	19.60	1672	19.86	1650	20.12	1627
19.35	1694	19.61	1671	19.87	1649	20.13	1627
19.36	1693	19.62	1670	19.88	1648	20.14	1626
19.37	1692	19.63	1669	19.89	1647	20.15	1625
19.38	1691	19.64	1668	19.90	1646	20.16	1624
19.39	1690	19.65	1668	19.91	1645	20.17	1623
19.40	1690	19.66	1667	19.92	1644	20.18	1622
19.41	1689	19.67	1666	19.93	1644	20.19	1621
19.42	1688	19.68	1665	19.94	1643	20.20	1621
19.43	1687	19.69	1664	19.95	1642	20.21	1620
19.44	1686	19.70	1663	19.96	1641	20.22	1619
19.45	1685	19.71	1662	19.97	1640	20.23	1618
19.46	1684	19.72	1661	19.98	1639	20.24	1617
19.47	1683	19.73	1661	19.99	1638	20.25	1616
19.48	1683	19.74	1660	20.00	1638	20.26	1616
19.49	1682	19.75	1659	20.01	1637	20.27	1615
19.50	1681	19.76	1658	20.02	1636	20.28	1614
19.51	1680	19.77	1657	20.03	1635	20.29	1613
19.52	1679	19.78	1656	20.04	1634	20.30	1611
19.53	1678	19.79	1655	20.05	1633	20.31	1610

注意：本製品は、真空および低酸素濃度の雰囲気炉で使用されますと、成分の一部が蒸発することがあります。炉が汚染される可能性がありますので、十分ご注意ください。デシケータなどに入れ、冷暗所に保管下さい。

また、品質には万全を期していますが、万一製品不良により損害がありましても、現品の交換以外の責は負いかねます。

リファサーモ
寸法－指示温度対照表

Type H



2024年10月25日

Lot. 032J03

一般財団法人 グライセラミックスセンター

寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃
20.32	1609	20.64	1572	20.96	1530	21.28	1484
20.33	1608	20.65	1571	20.97	1528	21.29	1482
20.34	1607	20.66	1570	20.98	1527	21.30	1481
20.35	1606	20.67	1568	20.99	1525	21.31	1480
20.36	1604	20.68	1567	21.00	1524	21.32	1478
20.37	1603	20.69	1566	21.01	1522	21.33	1477
20.38	1602	20.70	1565	21.02	1521	21.34	1475
20.39	1601	20.71	1564	21.03	1520	21.35	1474
20.40	1600	20.72	1563	21.04	1518	21.36	1472
20.41	1599	20.73	1561	21.05	1517	21.37	1471
20.42	1597	20.74	1560	21.06	1515	21.38	1470
20.43	1596	20.75	1559	21.07	1514	21.39	1468
20.44	1595	20.76	1558	21.08	1512	21.40	1467
20.45	1594	20.77	1557	21.09	1511	21.41	1465
20.46	1593	20.78	1556	21.10	1510	21.42	1464
20.47	1592	20.79	1554	21.11	1508	21.43	1463
20.48	1591	20.80	1553	21.12	1507	21.44	1461
20.49	1589	20.81	1551	21.13	1505	21.45	1460
20.50	1588	20.82	1550	21.14	1504	21.46	1458
20.51	1587	20.83	1548	21.15	1502	21.47	1457
20.52	1586	20.84	1547	21.16	1501	21.48	1455
20.53	1585	20.85	1545	21.17	1499	21.49	1454
20.54	1584	20.86	1544	21.18	1498	21.50	1452
20.55	1582	20.87	1543	21.19	1497	21.51	1450
20.56	1581	20.88	1541	21.20	1495	21.52	1449
20.57	1580	20.89	1540	21.21	1494	21.53	1447
20.58	1579	20.90	1538	21.22	1492	21.54	1445
20.59	1578	20.91	1537	21.23	1491	21.55	1443
20.60	1577	20.92	1535	21.24	1489	21.56	1442
20.61	1575	20.93	1534	21.25	1488	21.57	1440
20.62	1574	20.94	1533	21.26	1487	21.58	1438
20.63	1573	20.95	1531	21.27	1485	21.59	1436

